HOMOGENEIZADOR CIRCULAR DE TUBOS - KJMR-IV
MANUAL DE INSTRUÇÃO

O Homogeneizador Circular de Tubos é ideal para rotinas laboratoriais, o equipamento é indicado para mistura e homogeneização de soluções em geral. A plataforma gira circularmente, o que garante perfeita homogeneização das amostras armazenadas em tubos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma em plástico **ABS** e motor selado, possui painel frontal com controlador analógico de velocidade e interruptor.

Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;
- As presilhas anexadas à plataforma são compatíveis com tubos de 12-13mm de diâmetro. Caso necessite trabalhar com tubos de 16mm de diâmetro, as presilhas anexadas devem ser substituídas pelas presilhas que acompanham o equipamento (compatíveis com tubos de 16mm de diâmetro);
- A plataforma giratória com as presilhas apropriadas fixadas deve ser parafusada ao equipamento;
- Fixar os tubos às presilhas da plataforma;
- Pressionar o interruptor para a posição **"on"**.
- Utilizando o controlador de velocidade, selecionar a velocidade desejada (no intervalo de 6-32 rpm);
- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para posição **"off"**;

Precauções:

· Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.
· Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
· Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.